

Apolipoprotein A

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY				
		Laboratorní příručka OKB		
Seznam základních a speciálních vyšetření				
		platí od: 1.6.2023		
APOLIPOPROTEIN A				APO A
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den	
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	9,7 %	
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l	
Referenční meze	sérum	muži	1,0-1,7 g/l	
		ženy	1,1-1,9 g/l	
SOP	SOPV 148			
Kód VZP	NČLP	Poznámka		
81355	00749			
Poznámka				
PREANALYTIKA:				
Příprava pacienta	doba lačnění min. 12 hodin			
Vliv materiálu	žádná významná interference pro bilirubin < 513 µmol/l, triacylglycerol < 11,3 mmol/l, Hb < 5 g/l			
Stabilita při 20°C	10 dní			
Stabilita při 4-8°C	3 týdny			

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	zvýšený příjem vitamínu A, barbituráty, estrogeny hodnoty zvyšují
Vliv denních a jiných cyklů	těhotenství zvyšuje
Další faktory	<u>snížení hodnot</u> - odběr vleže, kouření, redukční dieta a hladovění, vegetariánství <u>zvýšení hodnot</u> - alkoholismus
Biologický poločas	4 dny