

C3 komplement

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
C3 KOMPLEMENT			C3
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	3,8 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	0 – 3 měsíce	0,6-1,5 g/l
		3 – 6 měsíců	0,7-1,6 g/l
		6 měsíců – 110 let	0,9-1,8 g/l
SOP	SOPV 13		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
91159	01199		
Poznámka			
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta	odběr nalačno		
Vliv materiálu	žádný do 650 µmol/l bilirubinu, žádný do 11 mmol/l TAG		
Stabilita při 20°C	4 dny		
Stabilita při 4-8°C	8 dní		
Stabilita při -20°C	3 měsíce		

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	těhotenství zvyšuje
Další faktory	malnutrice snižuje
Biologický poločas	48 hodin