

Protilátky proti thyreoglobulinu

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
PROTILÁTKY PROTI THYREOGLOBULINU			TGAB		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota			
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	kU/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-115 kU/l</td></tr></table>			sérum	0-115 kU/l
sérum	0-115 kU/l				
SOP	SOPV 276				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93231	50901				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		2 dny			
Stabilita při 4-8°C		1 týden			
Stabilita při -20°C		1 měsíc			
Vliv léků					

Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	vzestup pozitivit s věkem
Biologický poločas	6 hodin